T-Strap



T-Strap drar øvre talokruralledd og subtalarleddene lateralt så de posisjoneres tilbake under tibia. Den distale delen av T-Strap festes på undersiden av ortosens fotplate og den proksimale delen rundt ankelen og mot ortosen sin laterale skinne. Produktet er lett å justere i lengde, og innerkjernen av plastazote kan enkelt varmes opp med en varmepistol ved behov for å justere passformen. Yttermaterialet er mykt, ventilerende men samtidig støttende.

Bruksområde

Pes valgus kontroll.

Kontraindikasjoner

Ødem, svekket blodsirkulasjon, hudmaserasjon eller andre tilstander som ytterligere kan forverres av kompresjon.

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Farge
287771000	En størrelse	Venstre	Svart
287772000	En størrelse	Høyre	Svart